

In data 29/09/2017 ore 9:30 il sottoscritto Professor Marcello Ferrari, in qualità di RUP del procedimento, alla presenza della commissione composta da: Prof. Luca Dalle Carbonare, Dott.ssa Anna Maria Fratta Pasini, Dott.ssa Chiara Mozzini e Dott. Francesco Bertoldo, ha proceduto presso l'aula Meeting del reparto Medicina Generale Malattie Aterotrombotiche e Degenerative (VI piano, policlinico GB Rossi) alla apertura delle offerte pervenute relativamente all'appalto in oggetto (acquisto ecografo, base gara 20000 euro escluso IVA).

A seguito della delibera direttoriale n.547 prot. n. 206440 di autorizzazione all'avvio del procedimento in oggetto, alla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interessi su gare e appalti di Ateneo, sono stati invitati 9 operatori economici dei quali 6 hanno partecipato alla prova tecnica e consegnato le offerte tecniche ed economiche:

- MINDRAY MEDICAL ITALY (Mindray M6) via L. Da Vinci, 158 Trezzano sul Naviglio, MI
- SIDEM SpA (Vinno 5) via Bergamo, 94 Bellusco, MB
- TECHOSP (GE, Logiq V2) via San Francesco, 2 Udine
- SIEMENS Healthcare s.r.l. (Acuson P500) via Pirelli Milano
- FLEXO (Samsung R7 e Samsung U6) via Meucci, 2 Verona
- MULTIMAGE (Chison QBit7) via dell'Industria, 54 Cavaglia, VA

E' presente inoltre il Rappresentante della ditta ESAOTE SpA, sig. Giovanni De Leo, che però non è in possesso di alcuna documentazione relativa all'offerta.

Dopo avere verificato l'integrità delle buste pervenute, si procede all'esame della documentazione in esse contenuta.

Si riscontra che gli operatori sovraelenati (ad eccezione di ESAOTE, come sopra riportato) sono in regola con le dichiarazioni e la documentazione amministrativa.

Si procede alla apertura della buste-offerta economica, provvedendo al controllo dei prezzi unitari.

La valutazione pratica degli strumenti si è svolta il giorno 9 novembre 2017 dalle ore 9 alle ore 17.30 presso "Stanza ecografia" del reparto Medicina Generale Malattie Aterotrombotiche e Degenerative (VI piano, Policlinico GB Rossi) ed è stata eseguita da parte della Commissione a tal fine riunitasi.

Il giorno successivo si è proceduto a stilare il punteggio (che viene riportato nelle schede allegate cartacee) e a formulare la valutazione finale considerando, oltre al punteggio stesso, l'offerta economica.

DITTA/ECOGRAFO	VALUTAZIONE QUALITÀ TECNICA	VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO FINALE
MINDRAY MEDICAL ITALY (Mindray M6)	47	35.75	82.75
SIDEM SpA (Vinno 5)	48	40	88,00
TECHOSP (GE, Logiq V2)	59	33.86	92.86
MULTIMAGE (Chison QBit7)	29	31.98	60.98
SIEMENS Healthcare s.r.l. (Acuson P500)	43	38.90	81.90
FLEXO (Samsung R7)	40	33.89	73.89
FLEXO (Samsung U6)	36	34.55	70.55

Esaminato il prezzo offerto, le caratteristiche individuate, avendo il Responsabile del Procedimento, Prof. Ferrari e la commissione ritenuta congrua l'offerta presentata, si propone al Direttore di Dipartimento di affidare all'operatore economico TECHOSP/GE la fornitura in oggetto, avendo presentato l'offerta più vantaggiosa in relazione al rapporto qualità/prezzo.

Il RUP Prof. Marcello Ferrari



La commissione

Prof. L. Dalle Carbonare



Dott.ssa A.M. Fratta Pasini



Dott.ssa C. Mozzini



Dott. F. Bertoldo (Direttore f.f. del Reparto in oggetto)

